



**Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство**  
**Комисија за јавну набавку**  
**Број: 12/2017**  
**Датум: 27.11.2017**  
**Београд, Војводе Степе 444а**

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 12/2016 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема, од 21.11.2017.године, Наручилац доноси следеће:

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема 12/2017

- **У вези са питањем заинтересованог лица које гласи:**

1. Da li je prihvatljivo ponuditi bioloski sigurnosni kabinet sa prosecnom brzinom ulaznog vazduha (Inflow) 0.45m/s?
2. Da li je prihvatljivo ponuditi bioloski sigurnosni kabinet sa dva ULPA filteria I jednim ventilatorom?

- **Наручилац појашњава:**

1. Да, прихватљиво је.
2. Да, прихватљиво је.

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца [www.imgge.bg.ac.rs](http://www.imgge.bg.ac.rs).

Председник комисије  
Матија Кликовац с.р.